



GRAN CANARIA
CLUB DE BALONCESTO

cbgrancanaria.net    

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

SUMINISTRO DE UN ESTIMULADOR ELECTROMAGNÉTICO, UNA COLCHONETA PROPIOCEPTIVA Y UNA ALFOMBRILLA PARA EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEL CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA CLARET, S.A.D.

CBGC/SUM/13/2018.

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas al folio 79, Hoja G.C. 3603, tomo 882 Gral.- N.I.F.: A-35310598






GRAN CANARIA
CLUB DE BALONCESTO

cbgrancanaria.net    

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE UN ESTIMULADOR ELECTROMAGNÉTICO, UNA COLCHONETA PROPIOCEPTIVA Y UNA ALFOMBRILLA PARA EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEL CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA CLARET, S.A.D.

EXPEDIENTE CBGC/SUM/13/2018

1. ALCANCE DEL CONTRATO	3
2. CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO	3
3. CONDICIONES DEL SUMINISTRO.....	5



Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas al folio 79, Hoja G.C. 3603, tomo 882 Gral.- N.I.F.: A-35310598



1. ALCANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con el objeto explicitado en la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el contrato comprende el suministro de un estimulador electromagnético, una colchoneta propioceptiva y una alfombrilla para el servicio de fisioterapia del CB Gran Canaria.

Las características del estimulador, la colchoneta propioceptiva y la alfombrilla se detallan en la prescripción siguiente denominada "Características del suministro".

2. CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO

Las características del estimulador, la colchoneta propioceptiva y la alfombrilla, a estrenar, son las siguientes:

2.1.- Estimulador Electromagnético.

Un estimulador electromagnético de la microcirculación que utilice señal de radio de media frecuencia y se aplique por contacto sobre el tejido biológico mediante dos tipos de electrodos conductores de alta y baja impedancia.

Unidades por suministrar: una (1).

Características Técnicas:

Clasificación del dispositivo:

- Para nivel de protección contra riesgos eléctricos: Clase I
- Para nivel de protección contra partes eléctricas: Tipo BF
- Para compatibilidad electromagnética: Clase A, Grupo 1
- Modo de uso: Dispositivo adecuado para el uso continuo
- Modo de colocación: Dispositivo transportable
- Certificados exigidos: CE y EC como un aparato de uso médico seguro



Requisitos técnicos mínimos:

- Potencia y frecuencia de red: 100 - 240 V 50 - 60 Hz
- Potencia de entrada: 380VA
- Frecuencia de salida: 0,447 MHz \pm 0,002 MHz
- Voltaje y potencia de salida
 - RES: 150V/300W \pm 10% e \pm 2W
 - CAP: 600V/450VA \pm 10% e \pm 2W

2.2.- Colchoneta Propioceptiva:

Unidades por suministrar: una (1).

Dimensiones mínimas: 190x80x7

Características Técnicas:

- Plataforma rígida con soporte flexible (elasticidad media).
- Coronada por una superficie de agujas de goma que produce micro-masajes de la planta de los pies y estimula la circulación.


2.3.- Alfombrilla para promover el entrenamiento, la rehabilitación y el reentrenamiento de los músculos y los ligamentos mediante la estimulación del pie descalzo.

Unidades por suministrar: una (1).

Dimensiones mínimas: 200X54x7

Características Técnicas:

- Composición: polietileno, poliuretano, materiales viscoelásticos y polímeros, con memoria de forma
- Superficie con una respuesta elástica media





GRAN CANARIA
CLUB DE BALONCESTO

cbgrancanaria.net    

3.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Garantía:

El estimulador, la colchoneta propioceptiva y la alfombrilla deberá contar con una garantía de 2 años, incluido la sustitución de piezas, en caso necesario y la mano de obra.

Servicio de Asistencia. Deberá disponer de un servicio de asistencia técnica en territorio de la Unión Europea

Plazo y Lugar de Entrega:

El estimulador, la colchoneta propioceptiva y la alfombrilla se entregarán en perfecto estado, en las dependencias del C.B. Gran Canaria y en el plazo de un (1) mes desde la notificación de la adjudicación del suministro.

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas al folio 79, Hoja G.C. 3603, tomo 882 GraI.- N.I.F.: A-35310598

